

PRODUKT-RÜCKRUF


CooperVision® iWear Easybalance Mehrzweck-Kontaktlinsenpflegemittel - 60ml Flasche

Wir wurden über einen begrenzten freiwilligen Rückruf durch den Hersteller CooperVision einer einzelnen Charge der iWear Easybalance Mehrzweck-Kontaktlinsenlösung (60ml Flasche) informiert.

Die betroffene Lotnummer ist: 162046

Beachten Sie, dass nur 60-ml-Flaschen betroffen sind und keine anderen Flaschengrößen in diese Aktion einbezogen sind.

Die Lotnummern sind auf der Rückseite jeder Flasche im unteren Bereich aufgedruckt.



Der Hersteller hat auf Folgendes hingewiesen:

An Rückstellmustern werden routinemäßige Qualitätstests durchgeführt. Bei den betroffenen Chargen erfüllten die Ergebnisse der Sterilitätstests bei einigen Rückstellmustern nicht die Kriterien für das 12-Monats-Intervall. Obwohl für die betroffene Charge keine Beschwerden eingegangen sind und keine unerwünschten Ereignisse aufgetreten sind, wird dieser begrenzte freiwillige Rückruf aus Gründen der Vorsicht durchgeführt.

Wenn Sie ein Produkt aus der betroffenen Charge der **iWear Easybalance** 60ml Mehrzweck-Kontaktlinsenlösung besitzen, stellen Sie bitte die Verwendung ein und bewahren Sie die Flasche auf. Der Hersteller wird in Kürze eine Rückruf-Website einrichten, auf der die betroffenen Verbraucher weitere Informationen erhalten können. Diese Website ist zu finden unter: www.infoCV.expertinquiry.com

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihre McOptic-Filiale oder den Kunden-Service.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihr McOptic-Team