


RAPPEL DE PRODUIT

CooperVision® iWear Easybalance solution pour lentilles de contact Multi-usages – flacon de 60ml

Nous avons été informés d'un rappel volontaire limité par le fabricant CooperVision d'un seul lot de la solution pour lentilles de contact Multi-usages iWear Easybalance (flacon de 60ml).

Numéro de lot concerné : 162046

Notez que seuls les flacons de 60 ml sont concernés et qu'aucune autre taille de flacon n'est incluse dans cette action. Les numéros de lot sont imprimés au dos de chaque flacon, dans la partie inférieure.



Le fabricant a indiqué ce qui suit :

Des tests de qualité de routine sont effectués sur des échantillons de réserve. Pour les lots concernés, les résultats des tests de stérilité effectués sur certains échantillons de rappel ne répondaient pas aux critères de l'intervalle de 12 mois. Bien qu'aucune plainte n'ait été reçue pour le lot concerné et qu'aucun événement indésirable ne se soit produit, ce rappel volontaire limité est effectué par mesure de précaution.

Si vous possédez un produit du lot concerné de la solution pour lentilles de contact Multi-usages **iWear Easybalance** 60ml, veuillez cesser de l'utiliser et conserver le flacon. Le fabricant mettra prochainement en place un site web de rappel sur lequel les consommateurs concernés pourront obtenir de plus amples informations. Ce site est disponible à l'adresse suivante :

www.infoCV.expertinquiry.com

En cas de questions, nous vous invitons à contacter votre opticien McOptic ou le Service Client.

Merci pour votre compréhension,

Votre équipe McOptic