

RICHIAMO DEL PRODOTTO


CooperVision® iWear Easybalance soluzione per lenti a contatto multiuso - Flacone da 60 ml

Siamo stati informati di un richiamo volontario limitato da parte del produttore CooperVision di un singolo lotto di soluzione per lenti a contatto multiuso iWear Easybalance (flacone da 60 ml).

Numero di lotto interessato: 162046

Si noti che sono interessati solo i flaconi da 60 ml e non sono inclusi altri formati di flacone in questa promozione.

I numeri di lotto sono stampati sul retro di ogni bottiglia, nella parte inferiore.



Il produttore ha sottolineato quanto segue:

Sui campioni di riserva vengono eseguiti test di qualità di routine. Per i lotti interessati, i risultati dei test di sterilità per alcuni campioni di riserva non soddisfacevano i criteri per l'intervallo di 12 mesi. Sebbene non siano stati ricevuti reclami per il lotto interessato e non si siano verificati eventi avversi, questo ritiro volontario limitato viene effettuato come misura precauzionale.

Se si dispone di un prodotto del lotto interessato di iWear Easybalance 60ml Soluzione multiuso per lenti a contatto, si prega di interrompere l'uso e conservare il flacone. Il produttore lancerà presto un sito web di richiamo dove i consumatori interessati potranno ottenere ulteriori informazioni. Il sito web è disponibile all'indirizzo: www.infoCV.expertinquiry.com

In caso di domande, non esitare a contattare il tuo ottico McOptic o il Servizio Clienti.

Grazie per la comprensione,

Il tuo team McOptic